

Số: 343 /BVK-VTTBYT  
V/v Mời báo giá Hệ thống phẫu  
thuật nội soi lồng ngực 4K ICG

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ tài chính;  
Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục  
thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế về quy định trình  
tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực  
trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Bệnh viện K có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm  
cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng  
ngực 4K ICG, với các nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện K, số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều,  
Thanh Trì, Hà Nội.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư Thiết  
bị y tế, số điện thoại: 0942222269; địa chỉ Email: [phongvttbyt.bvk@gmail.com](mailto:phongvttbyt.bvk@gmail.com).
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Bảng báo giá xin gửi về Bệnh viện K theo địa chỉ số 30, đường Cầu Bươu, Tân  
Triều, Thanh Trì, Hà Nội.
  - Bản Scan Hồ sơ báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) gửi theo địa chỉ  
Email: [phongvttbyt.bvk@gmail.com](mailto:phongvttbyt.bvk@gmail.com).
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h 00  
ngày 20 tháng 10 năm 2023  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 10 năm  
2023.
- Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:
  - Bản báo giá (theo mẫu tại **Phụ lục II**);
  - Bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa.
  - Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y  
tế.

- Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (nếu có).
- Hợp đồng, hóa đơn bán hàng đối các BHYT có tính chất tương tự (nếu có).

## II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực 4K ICG</b>	<i>(Chi tiết tại Phụ lục I)</i>	01	Hệ thống

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện K, số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội;

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK (đề p/hợp);
- Lưu: VT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC *hsh*



Lê Văn Quảng



**PHỤ LỤC I**

**Yêu cầu cấu hình tính năng kỹ thuật của Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực 4K ICG**

(Kèm theo công văn số: 3133/BVK-VTTBYT ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Bệnh viện K)

**A. Yêu cầu chung**

- Năm sản xuất: 2023 trở đi
- Chất lượng: Mới 100%
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001
- Nguồn điện: 220 VAC/50 Hz
- Môi trường hoạt động:
  - + Nhiệt độ:  $\geq 30^{\circ}\text{C}$
  - + Độ ẩm:  $\geq 75\%$

**B. Yêu cầu cấu hình tính năng kỹ thuật**

STT	Yêu cầu cấu hình tính năng kỹ thuật	Số lượng
1	<b>Bộ xử lý hình ảnh 4K</b> Bao gồm: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bộ kết nối trung tâm</li><li>- Bộ liên kết đầu camera</li></ul>	01 bộ 01 chiếc 01 chiếc
2	<b>Đầu camera 4K</b> <i>Tính năng kỹ thuật</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sử dụng kết hợp với bộ xử lý hình ảnh và kết nối với ống soi trong phẫu thuật nội soi hoặc can thiệp vi phẫu; đặc biệt có thể sử dụng với các ứng dụng huỳnh quang dưới phổ ánh sáng cận hồng ngoại</li></ul>	01 chiếc
3	<b>Nguồn sáng lạnh nội soi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nguồn sáng sử dụng được cho hai chỉ định: ánh sáng trắng cho phẫu thuật thông thường và sử dụng chất nhuộm màu ICG cho chẩn đoán huỳnh quang dưới ánh sáng cận hồng ngoại</li></ul>	01 chiếc
4	<b>Dây dẫn sáng</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đường kính sử dụng với các ống soi có đường kính từ 6,5mm – 12mm</li><li>- Chiều dài <math>\geq 250</math> cm</li><li>- Chịu nhiệt tốt, có chốt khóa an toàn và có tính năng tăng cường khả năng dẫn sáng</li></ul>	01 chiếc
5	<b>Màn hình 4K chuyên dụng</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Màn hình Led</li><li>- Kích thước màn hình: <math>\geq 27</math>"</li></ul>	01 chiếc
6	<b>Xe đẩy máy chuyên dụng (Loại lớn)</b> Bao gồm: <ul style="list-style-type: none"><li>- Xe đẩy máy</li></ul>	01 Bộ 01 chiếc

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá đỡ đơn</li> <li>- Giá đỡ có ngăn kéo khóa</li> <li>- Giá đỡ đầu camera</li> <li>- Ổ điện gồm 6 ổ cắm</li> <li>- Loại xe đẩy máy chuyên dụng gồm 4 bánh xe có khóa</li> </ul>	<p>01 chiếc</p> <p>01 chiếc</p> <p>01 chiếc</p> <p>01 chiếc</p>
7	<p><b>Bộ ghi hình và lưu trữ dữ liệu</b></p> <p>Bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ ghi hình và lưu trữ dữ liệu</li> </ul> <p>Tính năng kỹ thuật:</p> <p>Thiết bị giúp lưu trữ hình ảnh và video trong suốt quá trình phẫu thuật</p> <p>Có thể điều khiển hoàn toàn từ vùng vô trùng qua nút điều khiển trên đầu camera hoặc từ màn hình cảm ứng, bàn đạp chân</p> <p>Ghi hình từ hai nguồn song song hoặc độc lập</p> <p>Chức năng ghi hình, video và phát lại ở các định dạng 2D, 3D hoặc 4K</p> <p>Có âm báo và hiển thị tín hiệu khi thực hiện chức năng dừng hình và ghi video</p>	01 bộ
8	<p>Ống kính soi , hướng nhìn <math>\geq 30</math> độ, đường kính 9-12mm, chiều dài làm việc <math>\geq 30</math> cm, có thể hấp nhiệt độ cao, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sa-phia chống xước, dùng cho ứng dụng ICG</p>	01 chiếc



**PHỤ LỤC II**

**Mẫu báo giá**

**Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế**  
(Kèm theo công văn số: 3133/BVK-VTTBYT ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Bệnh viện K)

**BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>**

**Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan.

TT	Danh mục thiết bị y tế <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Số lượng/khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VND)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các

tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày..... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,  
nhà cung cấp(12)**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

### **Ghi chú:**

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.



Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

