

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 3029/BVK-VTTBYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2025

V/v Mời báo giá Nguồn phóng
xạ Ir-192 cho máy xạ trị áp sát
liều cao 40 kênh tại Bệnh viện K

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện K đang triển khai kế hoạch mua sắm thiết bị y tế để phục vụ công tác chuyên môn năm 2025. Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm có đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế hợp pháp theo quy định hiện hành và có khả năng cung cấp thiết bị y tế gửi hồ sơ thiết bị y tế quan tâm, chào giá để Bệnh viện tham khảo làm cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện K.
- Thông tin liên hệ của bộ phận hỗ trợ, hướng dẫn nộp báo giá: Phòng Vật tư Thiết bị y tế, số điện thoại: 094.222.2269; địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Hồ sơ báo giá xin gửi về địa chỉ: Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, số 30 Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.
 - Bản Scan Hồ sơ báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) gửi theo địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ thời điểm đăng tải đến trước 17h00 ngày 19...tháng 8...năm 2025.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục, số lượng và yêu cầu cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật của thiết bị mời báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.
- Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:
 - Bản báo giá theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm theo Công văn này;
 - Hồ sơ công khai niêm yết giá theo quy định của Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc Hội (nếu có).
 - Bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: Chi tiết theo mẫu tại Phụ lục 3 đính kèm theo Công văn này.

Lưu ý: Các đơn vị báo giá cần cung cấp các tài liệu để chứng minh đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và chất lượng hàng hoá đáp ứng với các hàng hoá theo yêu cầu. Đơn vị chào giá cần lập bảng so sánh (file word hoặc excel) tính đáp ứng thông số kỹ thuật giữa hàng hoá quý đơn vị chào giá và thông số kỹ thuật theo yêu cầu báo giá để Chủ đầu tư tham khảo làm cơ sở xây dựng yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật của hàng hóa.



- Đăng ký kinh doanh, hồ sơ, tài liệu chứng minh đơn vị đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế tại Việt Nam;

- Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh khả năng cung cấp hàng hóa (nếu có);

- Hợp đồng, nghiệm thu, hóa đơn cung cấp thiết bị y tế có tính chất tương tự (nếu có);

Quý đơn vị có thể báo giá một hoặc nhiều hơn một chủng loại thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!


Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- HT mạng đấu thầu quốc gia;
- Lưu: VT, VT-TBYT.

A

GIÁM ĐỐC *ll*
BỆNH VIỆN
K
Lê Văn Quảng

VIỆN



PHỤ LỤC 1
Danh mục, số lượng, yêu cầu cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật
của thiết bị mời chào giá

(Kèm theo Công văn số 5024/BVK-VTTBYT ngày 08/8/2025 của Bệnh viện K)

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật cơ bản	Số lượng	Đơn vị tính
1	Nguồn phóng xạ Ir-192 cho máy xạ trị áp sát liều cao 40 kênh Flexitron - Elekta	A. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2025 trở đi - Chất lượng: Mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001; EC hoặc tương đương. - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 300C$. + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$. B. Yêu cầu cấu hình Nguồn phóng xạ Ir-192 cho máy xạ trị áp sát liều cao 40 kênh Flexitron – Elekta, số lượng: 04 nguồn. Trong đó bao gồm: Nguồn phóng xạ Ir-192 được chứa trong Container chuyên dụng đảm bảo an toàn bức xạ trong suốt quá trình vận chuyển. C. Tính năng kỹ thuật - Loại đồng vị phóng xạ: Ir-192 - Hoạt độ nguồn: $\geq 10 Ci$, sai số $\leq \pm 5\%$. - Nguồn được hàn cố định vào dây kim loại dẻo bằng công nghệ Laser, đường kính thu nhỏ lại ở phần cuối. - Kích thước vỏ nguồn khoảng: 0.86 x 4.6 mm - Kích thước nguồn khoảng: 0.6 x 3.5 mm - Số lần nguồn vào, ra: $\geq 30,000$ lần - Cấp nguồn: phần chính: $\varnothing 0.85 mm$, phần có độ dẻo cao để uốn cong: $\varnothing 0.5 mm$, bán kính đường cong tối thiểu: $R = 13 mm$. D. Yêu cầu khác: - Cam kết đổi mới sản phẩm khi hàng hóa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. - Thời gian giao hàng: ≤ 45 ngày cho từng nguồn. - Địa điểm giao hàng: Bệnh viện K. - Kiểm tra hoạt độ nguồn tại nơi giao hàng trước khi bàn giao, lắp đặt sử dụng. - Có trách nhiệm lắp đặt, đưa nguồn vào vị trí điều trị của máy xạ trị áp sát liều cao 40 kênh Flexitron – Elekta theo tiêu chuẩn hoạt động của nhà sản xuất, đảm bảo về an toàn bức xạ theo quy định.	04	Nguồn



Handwritten signature or mark.

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật cơ bản	Số lượng	Đơn vị tính
		- Cam kết cung cấp chứng chỉ xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) hoặc tương đương; Hồ sơ nhập khẩu theo quy định hiện hành. - Cam kết cung cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Giấy phép nhập khẩu; Giấy phép vận chuyển nguồn phóng xạ) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho mỗi lần bàn giao cho Bệnh viện K. - Nhân viên thực hiện công việc bàn giao, lắp đặt phải có chứng chỉ đào tạo của nhà sản xuất, được đào tạo và cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ còn hiệu lực phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành. - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp của nhà phân phối. - Có trách nhiệm vận chuyển nguồn ra khỏi các cơ sở của Bệnh viện K khi nguồn hết hạn giá trị sử dụng.		



Handwritten signature



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2
Mẫu báo giá
BẢO GIÁ⁽¹⁾

(Kèm theo Công văn số 3024/BVK-VTTBYT ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bệnh viện K)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1										
2										
n	...									

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm...[ghi ngày....tháng....năm.... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

[Signature]

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi chung loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
(3) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với việc thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

(Handwritten signature)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC 3

MẪU BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Công văn số: 3024/BVK-VTTBYT ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bệnh viện K)

BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo báo giá số ngày..... của [ghi rõ tên của đơn vị báo giá])

[Tên hạng mục, chủng loại hàng hóa báo giá]

STT	Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ⁽²⁾	Tài liệu tham chiếu ⁽³⁾	Ghi chú ⁽⁴⁾
1				
2				
...				
n				

Ghi chú:

(1) Yêu cầu kỹ thuật của Chủ đầu tư theo nội dung của Phụ lục 1: Yêu cầu cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật của hàng hóa.

(2) Thông số kỹ thuật đáp ứng của hàng hóa đề xuất bằng Tiếng Việt.

(3) Dẫn chiếu tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất, đơn vị ghi rõ số trang, tên tài liệu kỹ thuật và trích dẫn nội dung thể hiện trong tài liệu kỹ thuật bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt.

(4) Nội dung cần lưu ý khác (nếu có).

[Handwritten signature]