

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2744/BVK-TQL

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2024

V/v mời báo giá giường điều trị,
ghế truyền ngòì và tủ đầu giường

Kính gửi: Các đơn vị có năng lực.

Hiện nay, Bệnh viện K đang lập kế hoạch mua sắm giường điều trị, ghế truyền ngòì và tủ đầu giường để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện. Để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường, Bệnh viện K kính mời các Công ty quan tâm, có khả năng cung cấp gửi Báo giá theo phụ lục đính kèm để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp và lập kế hoạch mua sắm.

Báo giá của Quý Công ty đề nghị gửi về Bệnh viện K (Địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). Thời gian nhận tài liệu từ 08h00 đến 16h30 hàng ngày và trước 16h30 ngày 22/8/2024.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ks. Phạm Hùng Cường – Tổ QL THDA KI, II, Bệnh viện K (SĐT: 0904721081, email: ToQLDAk1k2@bvk.org.vn).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Trang TTĐT Bệnh viện K;
- Lưu: VT, TQL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Đình Tiến

PHỤ LỤC 01

CẤU HÌNH GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ, CHẾ TRUYỀN NGỒI VÀ TỦ ĐẦU GIƯỜNG

(Kèm theo Công văn số: 2744/BVK-TQL ngày 16 tháng 8 năm 2024)

I. GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ 1 TAY QUAY (BỘ)

1.1. Thông tin chung:

- Giường người bệnh hoàn chỉnh.
- Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau
- Chất lượng: Hàng mới 100%
- Có chứng chỉ ISO 9001, ISO13485 hoặc các chứng chỉ khác tương đương.

1.2. Cấu hình

- Giường chính 01 tay quay kèm phụ kiện đồng bộ: 01 bộ
- Đầu giường: 02 cái
- Thành chắn: 02 cái
- Nệm mút: 01 cái
- Cọc truyền: 01 cái
- Bàn ăn: 01 bộ
- Bảng kẹp bệnh án: 01 cái
- Bánh xe: 01 bộ

1.3. Cấu hình chi tiết:

a. Khung giường:

- Làm bằng sắt sơn tĩnh điện.
- Chiều dày của thép làm khung giường $\geq 1,25\text{mm}$
- Kích thước (mm): D1984xR900xC470(đến mặt giường) $\pm 5\%$
- Có 4 lỗ để dễ gắn cọc truyền.
- Có 2 móc treo túi dẫn lưu ở 2 bên thành giường.
- Nâng đầu giường: $0^\circ \div \geq 60^\circ$

b. Đầu giường (Hồi giường):

- Đầu giường và đuôi giường bằng nhựa ABS

c. Bánh xe:

- Có 4 bánh xe, có ốp nhựa, bánh xe bằng cao su đặc, trong đó 2 bánh có phanh.

d. Giát giường (Mặt giường):

- Mặt giường gồm 2 khúc: Tấm mặt giường chính và tấm đỡ lưng có các lỗ thông khí.

- Vật liệu chính bằng thép sơn tĩnh điện

e. Lan can bên thành giường

- Bằng hợp kim Nhôm, đường kính $\geq 25\text{mm}$
- Ống dẫn hướng bằng Inox/nhôm.
- Tay khóa bằng thép sơn tĩnh điện.

f. Nệm giường:

- Nệm mút dày $\geq 50\text{mm}$, bọc vải giả da

- Kích thước phù hợp với giường
- Phía cuối giường có thanh gài chặn đệm, có thể tháo ra khi không sử dụng.

g. Cơ cấu nâng hạ giường:

- Bằng cơ cấu tay quay vít me.
- Phương thức chuyển động: Một tay quay có chức năng thay đổi góc nâng của đầu giường.
- Tay quay ở cuối giường sử dụng để nâng hạ tấm đỡ lưng, tay nắm bằng nhựa ABS có thể gấp lại khi không sử dụng.

h. Cọc truyền:

- Cọc truyền dịch với 2 móc treo và chiều cao có thể thay đổi trong khoảng 750 – 1400 mm.
- Thân cọc truyền, móc treo cọc truyền, ống khoá hãm điều chỉnh chiều cao của cọc truyền bằng vật liệu inox SUS201.

i. Bảng kẹp bệnh án:

- Bảng kẹp bệnh án bằng mica
- Cùm lấy giữ bằng inox, có lò xo giữ.
- Móc treo bằng inox.

j. Tải trọng giường: ≥ 200 kg.

II. GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ 2 TAY QUAY (BỘ)

2.1. Thông tin chung

- Giường người bệnh hoàn chỉnh.
- Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau
- Chất lượng: Hàng mới 100%
- Có chứng chỉ ISO 9001, ISO13485 hoặc các chứng chỉ khác tương đương.

2.2. Cấu hình

- Giường chính 02 tay quay kèm phụ kiện đồng bộ: 01 bộ
- Đầu giường: 02 cái
- Thành chắn: 02 cái
- Nệm mút: 01 cái
- Cọc truyền: 01 cái
- Bàn ăn: 01 bộ
- Bảng kẹp bệnh án: 01 cái
- Bánh xe: 01 bộ

2.3. Cấu hình chi tiết:

a. Khung giường:

- Làm bằng sắt sơn tĩnh điện.
- Chiều dày của thép làm khung giường $\geq 1,25$ mm
- Kích thước (mm): D1984xR900xC470(đến mặt giường) $\pm 5\%$
- Có 4 lỗ để để gắn cọc truyền.
- Có 2 móc treo túi dẫn lưu ở 2 bên thành giường.
- Nâng đầu giường: $0^\circ \div \geq 60^\circ$

b. Đầu giường (Hồi giường):

- Đầu giường và đuôi giường bằng nhựa ABS

c. Bánh xe:



- Có 4 bánh xe, có ổ nhựa, bánh xe bằng cao su đặc, trong đó 2 bánh có phanh.
- d. Giát giường (Mặt giường):**
 - Mặt giường gồm 2 khúc: Tấm mặt giường chính và tấm đỡ lưng có các lỗ thông khí
 - Vật liệu chính bằng thép sơn tĩnh điện
- e. Lan can bên thành giường**
 - Bằng hợp kim Nhôm, đường kính $\geq 25\text{mm}$
 - Ống dẫn hướng bằng Inox/nhôm.
 - Tay khóa bằng thép sơn tĩnh điện.
- f. Nệm giường:**
 - Nệm mút dày $\geq 50\text{mm}$, bọc vải giả da
 - Kích thước phù hợp với giường
 - Phía cuối giường có thanh gài chặn đệm, có thể tháo ra khi không sử dụng.
- g. Cơ cấu nâng hạ giường:**
 - Bằng cơ cấu tay quay vít me
 - Phương thức chuyển động: Hai tay quay có chức năng thay đổi góc nâng của phần lưng, đầu mặt giường.
 - Tay quay ở cuối giường sử dụng để nâng hạ tấm đỡ lưng, tay nắm bằng nhựa ABS có thể gấp lại khi không sử dụng.
- h. Cọc truyền:**
 - Cọc truyền dịch với 2 móc treo và chiều cao có thể thay đổi trong khoảng 750 – 1400 mm.
 - Thân cọc truyền, móc treo cọc truyền, ống khoá hãm điều chỉnh chiều cao của cọc truyền bằng vật liệu inox SUS201.
- i. Bảng kẹp bệnh án:**
 - Bảng kẹp bệnh án bằng mica
 - Cụm lấy giữ bằng inox, có lò xo giữ.
 - Móc treo bằng inox.
- j. Tải trọng giường: $\geq 200\text{ kg}$.**

III. TỦ ĐẦU GIƯỜNG BỆNH NHÂN (CÁI)

3.1. Thông tin chung

- Giường người bệnh hoàn chỉnh.
- Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau
- Chất lượng: Hàng mới 100%
- Có chứng chỉ ISO 9001, ISO13485 hoặc các chứng chỉ khác tương đương.

3.2. Cấu hình chi tiết

- Kích thước (mm): khoảng R470 x S440x C800mm $\pm 5\%$
- Vật liệu chính bằng nhựa ABS đúc, gồm 4 phần:
 - + Trên cùng là nóc tủ được đúc liền khối.
 - + Phía dưới là bàn ăn bằng nhựa ABS, bàn ăn thiết kế dạng ngăn kéo có thể kéo ra sử dụng và xếp gọn vào trong tủ.
 - + Dưới bàn ăn là ngăn kéo có thiết kế tay nắm âm, có ray trượt giúp có thể kéo ra và đẩy vào dễ dàng.



- + Dưới cùng là hộp tủ có tay nắm âm.
- + Cánh tủ có 2 khoá.
- + Hai bên thành tủ có hai móc treo khăn bằng nhựa ABS, móc có thể mở ra để treo khăn hoặc gấp gọn vào thành tủ khi không sử dụng.
- Chân tủ được lắp 04 bánh xe.

IV. GHẾ NGỒI TRUYỀN NGỒI (CÁI)

4.1. Thông tin chung

- Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau
- Chất lượng: Hàng mới 100%
- Có chứng chỉ ISO13485 hoặc các chứng chỉ khác tương đương.

4.2. Cấu hình chi tiết

- Kích thước ghế: Khoảng D1280xR680xC1250±5%
- Chiều cao từ mặt đất đến tay cầm: khoảng 620mm±5%
- Khung ghế làm bằng khung thép sơn tĩnh điện
- Nệm bằng mút xốp được bọc giả da
- Ghế có thể điều chỉnh nhiều tư thế khác nhau, chiều dài ghế có thể thay đổi theo tư thế
 - + Tựa lưng có thể điều chỉnh ngả từ góc: $0^{\circ} \div \geq 60^{\circ}$
 - + Góc điều chỉnh phần chân: $0^{\circ} \div \geq 20^{\circ}$
- Cây truyền dịch điều chỉnh độ cao
- Có giỏ để hồ sơ.
- Tải trọng: ≥ 200 kg.





PHỤ LỤC 02
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 274/HĐ/BVK-TQL ngày 16 / 8 /2024 của Bệnh viện K)

CÔNG TY.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá như sau:

ST T	Tên sản phẩm	Thông số, đặc tính kỹ thuật	Xuất xứ	Model/ mã hiệu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Giường điều trị 1 tay quay				Chiếc	80		
2	Giường điều trị 2 tay quay				Chiếc	120		
3	Ghế truyền ngồi				Chiếc	120		
4	Tủ đầu giường				Chiếc	200		
Tổng cộng:								

(Bảng chữ:)

Thông tin liên hệ:

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là hoàn toàn chính xác và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã cung cấp cho Bệnh viện.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm chi phí bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại thuế theo quy định hiện hành.
- Báo giá phải có hiệu lực tối thiểu 180 ngày kể từ ngày ký.
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện K, số 30 đường Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội.