

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

Số: **1459** /BVK-VTTBYT
V/v: Mời báo giá Vật tư y tế
dùng cho chuyên khoa Hồi
sức cấp cứu của Bệnh viện K

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **12** tháng **5** năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện K có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá dự toán và giá gói thầu mua sắm Vật tư y tế dùng cho chuyên khoa Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện K, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện K.

2. Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Tuấn Dũng

+ Số điện thoại: 0366.111.838

+ Chức vụ: Nhân viên Phòng vật tư – thiết bị y tế

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Báo giá gửi xin gửi về Bệnh viện K tại địa chỉ: Số 30, Cầu Bươu, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.

- Bản scan báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị), file mềm báo giá excel gửi theo địa chỉ email: phongvttbyt.bvk@gmail.com để Bệnh viện tổng hợp.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày đăng tải đến trước 17h00 ngày **22** tháng **5** năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày **22** tháng **5** năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá: Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

2. Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hoá, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải đảm bảo việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản...và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.



Handwritten signature

III. Địa điểm cung cấp hàng hoá: Bệnh viện K.

IV. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng từng đợt trong thời gian ≤ 72 giờ (hoặc ≤ 24 giờ đối với trường hợp cấp cứu) kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Bệnh viện K.

V. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ.
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

VI. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

1. Báo giá: Chi tiết theo mẫu của Phụ lục 02 đính kèm.
2. Tài liệu kỹ thuật liên quan:
 - Giấy phép đăng ký kinh doanh; Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D;
 - Bảng đáp ứng yêu cầu mời báo giá, Hồ sơ sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật có liên quan;
 - Hợp đồng cung cấp sản phẩm đã ký kết hoặc thông báo trúng thầu (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (đề b/c);
- Trang TTĐT BVK;
- HT mạng đấu thầu quốc gia;
- Lưu: VT, VTTBYT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Đình Tiến



PHỤ LỤC 01
***DANH MỤC HÀNG HOÁ**

(Kèm theo Công văn số 1459 /BVK-VTTBYT ngày 12 /5 /2026
của Bệnh viện K)

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Catherter đôi lọc thận	Catheter chạy thận nhân tạo 2 nòng, các loại, các cỡ	Cái	500
2	Quả lọc máu liên tục	Quả lọc máu liên tục dùng cho máy lọc máu B.Braun Diapact	Cái	200
3	Bộ dây siêu lọc máu liên tục	Bộ dây siêu lọc máu liên tục dùng cho máy lọc máu B.Braun Diapact	Bộ	200
4	Bộ dây dẫn tách huyết tương	Bộ dây dẫn lọc tách huyết tương dùng cho máy lọc máu B.Braun Diapact	Bộ	30
5	Quả lọc tách huyết tương	Quả lọc tách huyết tương dùng cho máy lọc máu B.Braun Diapact	Cái	30
6	Quả lọc dịch thận nhân tạo siêu sạch cho máy lọc thận	Quả lọc dịch thận nhân tạo siêu sạch tương thích với máy lọc thận Fresenius 4008S	Cái	15
7	Quả lọc thận nhân tạo	Quả lọc thận nhân tạo - Chất liệu màng lọc: Polyethersulfone hoặc Helixone - Chất liệu vỏ bọc: Polypropylene hoặc Polycarbonate - Độ dày màng/thành: 35 µm đến 40 µm - Đường kính sợi (đường kính trong): 185 µm đến 200 µm - Diện tích màng: 1,4 m ² đến 2,0 m ² - Thể tích mỗi: >= 80 mL - Hệ số siêu lọc: 14 đến 21 ml/giờ/mmHg - Tiệt khuẩn: hơi nước hoặc tia gamma - Tương thích với máy lọc thận Fresenius 4008S	Cái	500
8	Dây lọc thận nhân tạo	Bộ dây bao gồm: dây động mạch và dây tĩnh mạch Chất liệu ống: nhựa PVC Dây lọc thận tương thích với máy lọc thận Fresenius 4008S	Cái	500

9	Bộ dây và màng lọc tách huyết tương sử dụng cho máy lọc máu liên tục B.Braun OMNI	Bộ dây tách huyết tương OMNIset TPE 0,7m2 bao gồm các bộ phận sau: - Dây động mạch kèm dây dẫn phụ cho truyền heparin, cổng chọc kim và đầu nhọn; - Dây tĩnh mạch kèm túi chất thải 2 lít để môi dịch, cổng chọc kim và cổng tiêm truyền; - Dây dẫn dịch thải kèm cổng lấy mẫu; - Dây dẫn dịch thay thế kèm túi làm ấm; - Túi dịch thải 7 lít - Quả lọc tách huyết tương OMNIplasmafilter® 0,7 m2: chất liệu Polyethersulfone, diện tích 0,7m2	Bộ	32
10	Bộ dây quả siêu lọc	Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu trong lọc máu liên tục và hấp phụ. Bao gồm: - Dây dẫn máu động mạch có các dây dẫn phụ chứa citrate/heparin; - Dây dẫn máu tĩnh mạch có dây dẫn phụ chứa canxi kèm túi chứa 2 lít chất thải dịch môi; - Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm; - Dây dẫn dịch thải kèm cổng lấy mẫu; - Dây dẫn dịch thay thế; - Túi dịch thải 7 lít; - Quả lọc máu diện tích 1.6m2 phù hợp với chống đông máu bằng heparin và citrate. Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide	Bộ	70
11	Túi xả	Túi đựng dung dịch xả thể tích 7000ml; là một phụ kiện nằm trong bộ Quả lọc kèm dây dẫn máu (đã bao gồm 1 túi)	Cái	350
12	Bộ kit dây thở và bình làm ấm, ấm cho máy thở oxy dòng cao (HFNC)	- Dây thở gia nhiệt thiết kế nâng cao hai vòng xoắn kép giúp bảo vệ khỏi ngưng tụ hơi nước nhờ lớp ngăn cách giữa bên trong dây thở và môi trường bên ngoài để đảm bảo duy trì độ ẩm khí thở đến bệnh nhân. - Dây thở có tích hợp cảm biến nhiệt độ. - Chiều dài dây thở: 1,8m. - Lưu lượng: 2 -60 Lít/phút. - Thời gian sử dụng tối đa cho 1 bệnh nhân trong môi trường bệnh viện: 14 ngày. - Bình làm ấm có phao kép, làm đầy nước vào bình tự động. - Có mở cổng phun khí dung. - Xuất xứ thuộc các nước OECD.	Bộ	450
13	Gọng mũi thở HFNC bất đối xứng, dùng cho người lớn	Cannula thở dòng cao bất đối xứng qua mũi cho người lớn. - Tốc độ dòng tối đa 60 l/phút. - Thành dây cannula có vật liệu bán thấm giúp hơi	Cái	280



		nước khuếch tán ra ngoài, giảm động nước. - Tích hợp kẹp giúp cố định trên áo người bệnh giữ ống tránh tuột. - Thiết kế với đường kính gọng mũi có kích thước khác nhau, giúp giảm khoảng chết, công thở, độ ồn, tăng áp lực. - Thời hạn sử dụng tối đa 14 ngày cho người bệnh /1 lần sử dụng. - Đạt tiêu chuẩn FDA 510(k) - Mỹ. - Xuất xứ các nước thuộc OECD.		
14	Gọng HFNC thở qua canuyn mở khí quản.	Ống dây làm từ vật liệu giúp hơi nước khuếch tán ra bên ngoài môi trường, tránh đọng nước. Dây đeo cổ tránh tuột adaptor. Lưu lượng 10 - 60 L/phút. Kích thước cổng kết nối mở khí quản 15 mm. Tích hợp nắp chặn bắn đờm. Xuất xứ các nước thuộc OECD.	Chiếc	170
15	Bộ dây quả siêu lọc có khả năng lọc chế độ CVVH	Bao gồm - Dây dẫn động mạch có các dây dẫn phụ chứa heparin, cổng chọc kim để lấy mẫu và đầu nhọn; - Dây dẫn tĩnh mạch kèm túi chứa 2l chất thải dịch mồi, cổng chọc kim để lấy mẫu và cổng tiêm truyền; - Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm; - Dây dẫn dịch thải kèm cổng lấy mẫu; - Dây dẫn dịch bù; - Túi dịch thải 7l; - Màng lọc với diện tích bề mặt 1.6m² - 5 bộ đo áp lực kèm màng lọc 0,2 µm. Phù hợp với chống đông máu bằng heparin cũng như mọi chế độ pha loãng. Tương thích với máy lọc máu liên tục B.Braun OMNI	Bộ	250



**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



(Kèm theo Công văn số **1459** /BVK-VTBYT ngày **12/5/2026** của Bệnh viện K)

BẢO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện K

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện K, chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các mặt hàng và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục hàng hoá ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾						Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VNĐ)	Thuế VAT (%)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VNĐ)
		Thông số kỹ thuật số kỹ thuật mỗi báo giá	Thông số kỹ thuật báo giá	Tên thương mại	Mã, code hàng hóa (REF)	Hãng sản xuất ⁽¹⁾	Phân loại TTBYT	Số đăng ký/ Số công bố/ Số Giấy phép nhập khẩu	Quy cách đóng gói							
1	Hàng hoá A															
2	Hàng hoá B															
n	...															

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày, phù hợp với thông tin tại khoản 5 Mục I - Yêu cầu báo giá].

Tên cán bộ phụ trách khi cần liên hệ:

Số điện thoại:



[Handwritten signature]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

4. Quy đơn vị có thể báo giá một hoặc nhiều mặt hàng hoá chất, vật tư y tế. Trường hợp quý đơn vị báo giá thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn thông số kỹ thuật mời báo giá cần ghi rõ kèm các tài liệu chứng minh để bệnh viện hoàn thiện xây dựng thông số kỹ thuật.

...., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế (đã bao gồm VAT).
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

