

Số: 1072/BVK-VTTBYT
V/v Mời báo giá thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện K có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, hoàn thiện cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và dự toán mua sắm thiết bị tại Bệnh viện K. Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm có đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế hợp pháp theo quy định hiện hành gửi hồ sơ thiết bị y tế quan tâm, báo giá với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện K, số 30, đường Cầu Bươu, Thanh Liệt, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của bộ phận hỗ trợ, hướng dẫn nộp báo giá: Ông Nguyễn Hoàng Minh – SĐT: 094.666.8339 – Phòng Vật tư Thiết bị y tế, địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá (bằng cả 2 hình thức):

- Hồ sơ báo giá bản cứng có đóng dấu hợp pháp của đơn vị xin gửi về Văn thư Bệnh viện K theo địa chỉ: Phòng 418, tầng 4, Nhà A, Bệnh viện K cơ sở chính, số 30, đường Cầu Bươu, Thanh Liệt, Hà Nội.

- Bản Scan Hồ sơ báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) gửi theo địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày đăng tải đến trước 17 giờ 00 phút ngày 17 tháng 4 năm 2026.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2026.

6. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

- Bản báo giá theo mẫu tại **Phụ lục 3** đính kèm theo Công văn này;
- Hồ sơ công khai niêm yết giá theo quy định của Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc Hội.
- Bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: Chi tiết theo mẫu tại **Phụ lục 4** đính kèm theo Công văn này.

Lưu ý: Các đơn vị báo giá cần cung cấp các tài liệu để chứng minh đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và chất lượng hàng hoá đáp ứng với các hàng hoá theo yêu cầu (có thể chào các tính năng tương đương hoặc các bộ phận có tên gọi khác và có chức năng tương đương hoặc tốt hơn). Đơn vị chào giá cần lập bảng so sánh (file word hoặc excel) tính đáp ứng thông số kỹ thuật giữa hàng hoá quý đơn vị chào giá và thông số kỹ thuật theo yêu cầu

báo giá để Chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá làm cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Đăng ký kinh doanh, hồ sơ, tài liệu chứng minh đơn vị đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế tại Việt Nam;

- Sổ lưu hành, Hồ sơ công bố, lưu hành thiết bị y tế theo quy định.

- Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh khả năng cung cấp hàng hóa;

- Hợp đồng tương tự (Có kết quả trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện muộn nhất kể từ 11/2024 trở đi) (nếu có);

Hồ sơ báo giá không kèm theo các tài liệu được nêu tại mục 6: “Hồ sơ báo giá” sẽ được cho là không hợp lệ, Bệnh viện K có quyền từ chối báo giá của nhà thầu để xây dựng dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục, số lượng của thiết bị: Chi tiết theo **Phụ lục 1** đính kèm.

- Yêu cầu cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật của thiết bị mời báo giá: Chi tiết theo **Phụ lục 2** đính kèm.

Quý đơn vị có thể góp ý nếu thấy cấu hình, tính năng kỹ thuật thiết bị chưa đầy đủ, vui lòng góp ý để Bệnh viện hoàn thiện việc xây dựng cấu hình, kỹ thuật của hàng hóa.

Quý đơn vị có thể báo giá một hoặc nhiều hơn một chủng loại thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK (để p/hợp);
- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;
- Lưu: VT, VT-TBYT.



GIÁM ĐỐC



Lê Văn Quảng

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1

Danh mục, số lượng của thiết bị mời chào giá

(Kèm theo Công văn số 1072/BVK-VTTBYT ngày 07/4 /2026 của Bệnh viện K)

STT	Danh mục thiết bị	ĐVT	Số lượng
1	Hệ thống khoan dùng trong phẫu thuật thần kinh	Hệ thống	2



PHỤ LỤC 2

Cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật của thiết bị mời chào giá

(Kèm theo Công văn số 1072/BVK-VTTBYT ngày 07/4/2026 của Bệnh viện K)

A	THÔNG TIN CHUNG
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở đi
	- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 còn hiệu lực (đối với máy chính)
	- Điện nguồn sử dụng: 220V/50 Hz
	- Điều kiện môi trường hoạt động:
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C
	+ Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$
B	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
	Hệ thống khoan dùng trong phẫu thuật thần kinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 02 hệ thống, trong đó mỗi hệ thống bao gồm:
1	Máy chính: 01 Máy
2	Phụ kiện, bao gồm:
2.1	- Mô tơ điện tốc độ cao kèm dây cáp: 02 Cái
2.2	- Bàn đạp điều khiển chân: 01 Cái
2.3	- Đầu chụp khoan tạo hình: 01 Cái
2.4	- Đầu chụp khoan mài, gấp góc, loại trung bình: 01 Cái
2.5	- Đầu chụp khoan mài, gấp góc, loại dài: 01 Cái
2.6	- Đầu chụp mài phẫu thuật nội soi tuyến yên: 01 Cái
2.7	- Đầu chụp gắn lưới cắt sọ: 03 Cái
2.8	- Đầu bảo vệ màng cứng: 03 Cái
2.9	- Đầu chụp mũi khoan tự dừng: 02 Cái
2.10	- Khay đựng tiết trùng cho bộ khoan: 01 Cái
2.11	- Lưới cắt sọ, dạng xoắn: 50 Cái
2.12	- Mũi khoan tạo hình, các cỡ: 10 Cái
2.13	- Mũi mài phá, các cỡ: 05 Cái
2.14	- Mũi khoan tự dừng: 10 Cái
2.15	- Mũi mài kim cương, dùng cho nội soi tuyến yên: 05 Cái
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị của hãng sản xuất và bản dịch tiếng Việt: 01 Bộ
C	YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1	Máy chính
	- Thích hợp với nhiều chuyên ngành phẫu thuật thần kinh sọ não và cột sống
	- Điều khiển bằng màn hình cảm ứng.
	- Có cổng USB để cập nhật phần mềm.
	- Điều chỉnh được tốc độ mô tơ ≥ 75.000 vòng/phút
	- Tích hợp 01 hệ thống bơm tưới nước
2	Phụ kiện, bao gồm:

2.1	Mô tơ điện tốc độ cao kèm dây cáp
	Tốc độ ≥ 75.000 vòng/phút.
	Tích hợp dây cáp dài $\geq 350\text{cm}$
	Có thể hấp tiết trùng nhiệt độ cao
2.2	Bàn đạp điều khiển chân
	Có chế độ điều khiển thuận chiều và ngược chiều
	Điều khiển tốc độ hoặc chế độ Bật/Tắt
	Có các nút điều chỉnh riêng biệt cho ≥ 3 chức năng khác nhau
2.3	Đầu chụp khoan tạo hình
	Chiều dài làm việc $\geq 40\text{ mm}$
	Có chức năng điều chỉnh độ dài mũi
	Có thể hấp tiết trùng ở nhiệt độ cao
2.4	Đầu chụp khoan mài, gập góc, loại trung bình
	Chiều dài làm việc $\geq 70\text{ mm}$
	Gập góc > 20 độ
	Khớp nối tự động một thao tác với mô tơ và mũi khoan
	Có chức năng điều chỉnh độ dài mũi
	Có thể hấp tiết trùng ở nhiệt độ cao
2.5	Đầu chụp khoan mài, gập góc, loại dài
	Chiều dài làm việc $\geq 100\text{ mm}$
	Gập góc > 20 độ
	Khớp nối tự động một thao tác với mô tơ và mũi khoan
	Có chức năng điều chỉnh độ dài mũi
	Có thể hấp tiết trùng ở nhiệt độ cao
2.6	Đầu chụp mài phẫu thuật nội soi tuyến yên
	Chiều dài làm việc $\geq 100\text{ mm}$
	Khớp nối tự động một thao tác với mô tơ và mũi khoan
	Có chức năng điều chỉnh độ dài mũi
	Có thể hấp tiết trùng ở nhiệt độ cao
2.7	Đầu chụp gắn lưới cắt sọ
	Có thể gắn với đầu bảo vệ màng cứng loại cố định hoặc loại xoay
	Khớp nối tự động một thao tác với mô tơ và lưới cắt sọ
	Có thể hấp tiết trùng ở nhiệt độ cao
2.8	Đầu bảo vệ màng cứng
	Loại cố định, chiều dài $\geq 90\text{mm}$
	Khớp nối tự động một thao tác với mô tơ và lưới cắt sọ
	Có thể hấp tiết trùng ở nhiệt độ cao
2.9	Đầu chụp mũi khoan tự dừng
	Tốc độ điều chỉnh: tối đa đến ≥ 8000 vòng/phút
	Có khớp nối với mô tơ và mũi khoan tự dừng
	Có thể hấp tiết trùng ở nhiệt độ cao
2.10	Khay đựng tiết trùng cho bộ khoan
	Chất liệu chế tạo bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn
	Có tùy chỉnh khay cài dụng cụ



2.11	Lưỡi cắt sọ, dạng xoắn
	Kích thước 1,8x15 mm
	Chất liệu bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn
2.12	Mũi khoan tạo hình, các cỡ
	Đường kính tối thiểu có loại 1.5mm hoặc 2.0mm
	Chiều dài mũi khoan $\geq 64\text{mm}$
	Chất liệu bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn
2.13	Mũi mài phá, các cỡ
	Loại hình cầu
	Đường kính tối thiểu có ≥ 8 cỡ trong khoảng từ (1.0mm đến 7.5mm)
	Chiều dài $\geq 59\text{mm}$
	Chất liệu bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn
2.14	Mũi khoan tự dừng
	Dạng Hudson, có chức năng tự dừng khi chạm màng cứng
	Mũi khoan sọ tự dừng có thể hấp ở nhiệt độ cao
2.15	Mũi mài kim cương, dùng cho nội soi tuyến yên
	Loại hình cầu hoặc que diêm
	Đường kính khoảng 2.0mm đến 4.5mm
D	YÊU CẦU KHÁC
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.
	Giao hàng, lắp đặt tại Bệnh viện K
	Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	Cam kết thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ 3 tháng/lần, trong 2 năm đầu
	Là nhà phân phối chính thức của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu thiết bị tại Việt Nam
	Kỹ sư lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng phải có chứng chỉ đào tạo của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu của các thiết bị
	Cam kết hướng dẫn vận hành thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố cho đơn vị sử dụng và cán bộ kỹ thuật phòng Vật tư thiết bị y tế
	Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng tối thiểu 8 năm sau thời gian bảo hành. Có bảng chào giá chi tiết dịch vụ bảo trì bảo dưỡng sau thời gian bảo hành
	Cam kết cung cấp các vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế (có bảng giá chi tiết) không thay đổi giá trong vòng 02 năm sau thời gian bảo hành
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm, thường xuyên cập nhật phần mềm nâng cấp của các hệ thống theo khuyến cáo của nhà sản xuất
	Cam kết cung cấp đầy đủ CO, CQ, hồ sơ pháp lý về lưu hành TBYT và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.



BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC 03
Mẫu báo giá
(Kèm theo Công văn số: 1072 /BVK-VTTBYT ngày 07 / 4 /2026 của Bệnh viện K)
BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] tại Công văn [ghi rõ số, ngày văn bản], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VNĐ)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VNĐ)
1										
2										
n	...									

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: Ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày] kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
 - (2) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi chủng loại trang thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
 - (3) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của trang thiết bị y tế tương ứng với chủng loại trang thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế”.
 - (4) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng trang thiết bị y tế.
 - (5), (6) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của trang thiết bị y tế.
 - (7) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
 - (8) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng trang thiết bị y tế.
 - (9) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng trang thiết bị y tế hoặc toàn bộ trang thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
 - (10) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng trang thiết bị y tế hoặc toàn bộ trang thiết bị y tế. Đối với các trang thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của trang thiết bị y tế.
 - (11) Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng trang thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất/ nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
 - (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
- Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thông nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.





PHỤ LỤC 04

MẪU BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Công văn số: 1072 /BVK-VTTBYT ngày 07 / 4 /2026 của Bệnh viện K)

BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo báo giá số ngày..... của [ghi rõ tên của đơn vị báo giá]

[Tên hạng mục, chủng loại hàng hóa báo giá]

STT	Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật (1)	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (2)	Tài liệu tham chiếu (3)	Ghi chú (4)
1				
2				
...				
n				

Ghi chú:

- (1) Yêu cầu kỹ thuật của Chủ đầu tư theo nội dung của Phụ lục 2: Yêu cầu cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật của hàng hóa.
(2) Thông số kỹ thuật đáp ứng của hàng hóa đề xuất bằng Tiếng Việt.
(3) Dẫn chiếu tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất, đơn vị ghi rõ số trang, tên tài liệu kỹ thuật và trích dẫn nội dung thể hiện trong tài liệu kỹ thuật bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt.
(4) Nội dung cần lưu ý khác (nếu có).