

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1949/BVK-VTTBYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2023

V/v Mời khảo sát và báo giá dịch vụ
sửa chữa monitor theo dõi bệnh
nhân (lần 2)

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế về quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Bệnh viện K có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa monitor theo dõi bệnh nhân, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện K, số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986456222; địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bảng báo giá xin gửi về Bệnh viện K theo địa chỉ số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

- Bản Scan Hồ sơ báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) gửi theo địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h ngày 31 tháng 7 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ... tháng... năm 2023.

6. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

- Biên bản khảo sát tình trạng thiết bị y tế cần sửa chữa.
- Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện dịch vụ trang thiết bị y tế.
- Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (nếu có).
- Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa các TBYT có tính chất tương tự (nếu có).

- Bản báo giá (theo mẫu tại **Phụ lục số II**);

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Dịch vụ sửa chữa monitor theo dõi bệnh được nêu chi tiết tại **Phụ lục số I** kèm theo Công văn này.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dịch vụ sửa chữa monitor theo dõi bệnh nhân	Chi tiết tại Phụ lục số I	08	Máy	Bệnh viện K, số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK (để p/hợp);
- Lưu: VT, VT-TBYT.



Lê Văn Quảng



PHỤ LỤC I
NỘI DUNG YÊU CẦU DỊCH VỤ SỬA CHỮA

Monitor theo dõi bệnh nhân

(Kèm theo công văn số: /BVK-VTTBYT ngày tháng năm 2023 của Bệnh viện K)

I. Tình trạng của thiết bị

STT	Tên Thiết bị	Model	Serial	Hãng SX	Nước SX	Năm Sx	Tình trạng TB
1	Monitor theo dõi bệnh nhân	PVM 2701	06225	Nihon Kohden	Nhật	2013	Monitor bị hỏng bảng mạch đo huyết áp, hỏng bơm và cảm biến đo huyết áp.
2	Monitor theo dõi bệnh nhân	BSM-3562	05192	Nihon Kohden	Nhật	2013	Monitor bị hỏng bảng mạch đo huyết áp, hỏng bơm và cảm biến đo huyết áp, pin tự sạc lão hóa.
3	Monitor theo dõi bệnh nhân	SVM-7621	0002472	Nihon Kohden	Malaysia	2017	Monitor bị hỏng bảng mạch chính.
4	Monitor theo dõi bệnh nhân	BSM 3562	00410	Nihon Kohden	Nhật	2013	Monitor bị hỏng màn hình chạm, pin tự sạc lão hóa.
5	Monitor theo dõi bệnh nhân	PVM 2701	07393	Nihon Kohden	Nhật	2015	Máy không đo được huyết áp, tín hiệu màn hình bị nhiễu lúc có lúc không, màn hình chạm bị lệch. Kiểm tra thay bơm và cảm biến mới vào thì đo được huyết áp bình thường. Monitor bị hỏng màn hình hiển thị tín hiệu, hỏng màn hình chạm, hỏng bơm và cảm biến đo huyết áp.

6	Monitor theo dõi bệnh nhân	BSM-6701K	08818	Nihon Kohden	Nhật	2017	Máy không đo được huyết áp, bật nguồn lúc được lúc không. Test bằng cách thay thế bơm và cảm biến đo huyết áp mới máy đo huyết áp bình thường. Tiếp tục bật và tắt nguồn 5 lần thì 4 lần không lên. Monitor bị hỏng mạch nguồn, hỏng bơm, cảm biến đo huyết áp.
7	Monitor theo dõi bệnh nhân	PVM 2701	4972	Nihon Kohden	Nhật	2012	Monitor không đo được huyết áp bơm liên tục không dừng, các tín hiệu SpO2, tín hiệu điện tim đo bình thường. Test chéo bằng cách thay bao đo, bơm và cảm biến đo huyết áp máy vẫn không đo được huyết áp, tiếp tục thay băng mạch huyết áp của máy cùng loại đang hoạt động bình thường vào bật máy, thực hiện đo huyết áp, monitor đo huyết áp ổn định bình thường. Kết luận máy bị hỏng băng mạch đo huyết áp, hỏng bơm và cảm biến đo huyết áp cần thay mới.
8	Monitor theo dõi bệnh nhân	SVM-7621	0002395	Nihon Kohden	Malaysia	2017	Máy không đo được huyết áp, SpO2, bao đo huyết áp hỏng. Test chéo bằng cách thay dây đo huyết áp và SpO2 đều không có tín hiệu. Kiểm tra đầu đo SpO2 lắp sang monitor cùng model

							đang hoạt động không cho tín hiệu SpO2. Kết luận máy bị hỏng mạch điều khiển chính và đầu đo SpO2, không khắc phục được cần thay thế.
--	--	--	--	--	--	--	---

II. Yêu cầu dịch vụ

- Sau khi hoàn thành sửa chữa máy hoạt động đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.



PHỤ LỤC II

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

(Kèm theo công văn số: *1111/BVK-VTTBYT* ngày *...* tháng *...* năm 2023 của Bệnh viện K)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi.... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

