

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1951/BVK-VTTBYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2023

V/v Mời khảo sát và báo giá dịch vụ
sửa chữa thiết bị y tế (lần 2)

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế về quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Bệnh viện K có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa máy cắt giấy và đóng gói dụng cụ, tủ lạnh âm thermo fisher scientific, đèn mổ treo trần 1 chóa, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện K, số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986456222; địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bảng báo giá xin gửi về Bệnh viện K theo địa chỉ số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

- Bản Scan Hồ sơ báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) gửi theo địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h ngày 31 tháng 7 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ... tháng... năm 2023.

6. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

- Biên bản khảo sát tình trạng thiết bị y tế cần sửa chữa.
- Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện dịch vụ trang thiết bị y tế.
- Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (nếu có).
- Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa các TBYT có tính chất tương tự (nếu có).



- Bản báo giá (theo mẫu tại Phụ lục số II);


II. Nội dung yêu cầu báo giá


Dịch vụ sửa chữa máy cắt giấy và đóng gói dụng cụ, tủ lạnh âm thermo fisher scientific, đèn mổ treo trần 1 chóa được nêu chi tiết tại Phụ lục số I kèm theo Công văn này.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dịch vụ sửa chữa máy cắt giấy và đóng gói dụng cụ	Chi tiết tại Phụ lục số I	02	Máy	Bệnh viện K, số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	
2	Dịch vụ sửa chữa tủ lạnh âm thermo fisher scientific	Chi tiết tại Phụ lục số I	01	Cái	Bệnh viện K, số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	
3	Dịch vụ sửa chữa đèn mổ treo trần 1 chóa	Chi tiết tại Phụ lục số I	01	Cái	Bệnh viện K, số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK (để p/hợp);
- Lưu: VT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quảng



PHỤ LỤC I
NỘI DUNG YÊU CẦU DỊCH VỤ SỬA CHỮA

(Kèm theo công văn số: /BVK-VTTBYT ngày / tháng / năm 2023 của Bệnh viện K)

I. Tình trạng của thiết bị

STT	Tên Thiết bị	Model	Serial	Hãng SX	Nước SX	Năm Sx	Tình trạng TB
1	Máy cắt giấy và đóng gói dụng cụ	MD86 00-A	86A1807 18003	Medicare Co.,Ltd	Trung Quốc	2019	Bật máy có điện nhưng không điều khiển cắt và hàn miệng túi được
2	Máy cắt giấy và đóng gói dụng cụ	HCS	ML04003	HANSHIN	Korea	2017	Máy không ra nhiệt được, khi hàn miệng túi bị dính bết vào thanh ra nhiệt, quạt gió làm mát bo mạch điều khiển của máy không hoạt động, dao cắt bị cùn không cắt được, bộ đập ép miệng túi không hoạt động.
3	Tủ lạnh âm Thermo Fisher Scientific	TSX50 086V	11174990 01190926	Thermo Fisher Scientific	Mỹ	2019	Nhiệt độ của tủ là -62°C kèm cảnh báo của tủ “không đạt nhiệt độ cài đặt”, tủ đóng tuyết và đá nhiều. Sau khi vệ sinh xả đá và khởi động lại tủ, theo dõi hoạt động củ chỉ đạt nhiệt độ -64°C. Dòng làm việc của tủ ~ 3,5A, máy nén thứ cấp làm việc rất nóng.
4	Đèn mổ treo trần 1 chóa	D530 Plus	5910060/ 17641	Berchtold	Đức	2002	Đèn bị mất nguồn không sáng. Kiểm tra mạch nguồn của đèn nguồn cấp vào 220V có, nguồn ra 22,8V không có. Test bằng

							cách cấp nguồn 24V trực tiếp qua bảng mạch điều khiển, đèn sáng bình thường. Kết luận: Đèn bị hỏng mạch nguồn chuyển đổi từ 220V về nguồn 24V, cần sửa chữa hoặc thay thế mới.
--	--	--	--	--	--	--	--

II. Yêu cầu dịch vụ

- Sau khi hoàn thành sửa chữa thiết bị hoạt động đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.



PHỤ LỤC II

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

(Kèm theo công văn số: /BVK-VTTBYT ngày tháng năm 2023 của Bệnh viện K)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.