

Số: 200 /BVK-VTTBYT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2025

V/v Mời báo giá nguồn phóng xạ
chuẩn máy

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện K đang triển khai kế hoạch mua sắm nguồn phóng xạ để chuẩn liều cho thiết bị y tế để phục vụ công tác chuyên môn năm 2025. Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm có đủ điều kiện kinh doanh hợp pháp theo quy định hiện hành và có khả năng cung cấp gửi hồ sơ thiết bị y tế quan tâm, chào giá để Bệnh viện tham khảo làm cơ sở xây dựng giá gói thầu với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện K, số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của bộ phận hỗ trợ, hướng dẫn nộp báo giá: Phòng Vật tư Thiết bị y tế, số điện thoại: 0846996081; địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá (bằng cả 2 hình thức):

- Bảng báo giá gửi về Bệnh viện K theo địa chỉ số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

- Bản Scan Hồ sơ báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) gửi theo địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 15 tháng 01 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 24 tháng 01 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2025.

6. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

- Bản báo giá (theo mẫu tại Phụ lục 3 đính kèm theo Công văn này);

- Bản mô tả cấu hình, tính năng kỹ thuật của thiết bị kèm tài liệu kỹ thuật minh chứng (Catalog của thiết bị; Datasheet của thiết bị) bằng tiếng nước ngoài và tiếng Việt;

- Hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự đã thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ ngày chào giá.

- Các Hồ sơ chào giá không kèm theo tài liệu chứng minh khả năng cung cấp hàng hóa như đã nêu trên sẽ được coi là không hợp lệ.

II. Nội dung yêu cầu báo giá


- Danh mục, số lượng của thiết bị: Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.
- Yêu cầu cấu hình, tính năng kỹ thuật của thiết bị mời báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm.

Quý đơn vị có thể báo giá một hoặc nhiều hơn một chủng loại thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK (để p/hợp);
- Lưu: VT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC 

Lê Văn Quảng



BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC 01

Danh mục, số lượng của hàng hoá mời chào giá

(Kèm theo Công văn số ~~280~~ /BVK-VTTBYT ngày 14 /01 /2025 của Bệnh viện K)

Stt	Tên danh mục, hàng hoá mời báo giá	Đơn vị tính	Số lượng
1	Nguồn phóng xạ Ge-68	Nguồn	01
2	Nguồn phóng xạ Co-57	Nguồn	01



YÊU CẦU CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
(Kèm theo Công văn số 200 /BYK-VTTBYT ngày 14 /01/2025 của Bệnh viện K)

1. NGUỒN PHÓNG XẠ GE-68

A. Yêu cầu chung:

- Năm sản xuất: 2025 trở đi
- Chất lượng: Mới 100%
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương.
- Môi trường hoạt động:
 - + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$
 - + Độ ẩm tối đa: $\geq 85\%$

B. Yêu cầu cấu hình:

Nguồn phóng xạ Ge-68 kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn, số lượng: 01 nguồn.

C. Chỉ tiêu kỹ thuật

- Loại nguồn phóng xạ: Ge-68.
- Để chuẩn liều máy chụp PET/CT có model: Discovery IQ của hãng GE Healthcare.
- Hoạt độ nguồn ban đầu: $\geq 55\text{MBq}$ (1.49mCi).
- Lớp bảo vệ bên ngoài: Nhựa ABS hoặc tương đương.
- Kích thước nguồn:
 - + Đường kính ngoài khoảng: 125 mm, sai số: $\leq \pm 5\%$.
 - + Đường kính trong khoảng: 98 mm, sai số: $\leq \pm 5\%$.
 - + Chiều cao khoảng: 270 mm, sai số: $\leq \pm 5\%$.
- Loại hình học: Hình trụ.

D. Yêu cầu khác

- Cam kết đổi mới sản phẩm khi hàng hóa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày.
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện K.
- Kiểm tra hoạt độ nguồn tại nơi giao hàng trước khi bàn giao, lắp đặt sử dụng.
- Cam kết cung cấp chứng chỉ xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) của nhà sản xuất.

- Cam kết cung cấp giấy phép nhập khẩu nguồn bức xạ, giấy phép vận chuyển nguồn bức xạ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nếu là nguồn được miễn trừ phải cung cấp công văn của cơ quan quản lý.
- Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của chủ sở hữu/ nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp của chủ sở hữu hoặc đại lý bán hàng tại Việt Nam.
- Cam kết vận chuyển nguồn phóng xạ ra khỏi các cơ sở của Bệnh viện K sau khi hết hạn sử dụng.

2. NGUỒN PHÓNG XẠ CO-57

A. Yêu cầu chung:

- Năm sản xuất: 2025 trở đi
- Chất lượng: Mới 100%
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương.
- Môi trường hoạt động:
 - + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$
 - + Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$

B. Yêu cầu cấu hình:

Nguồn xạ Cobalt Co-57 kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn, số lượng: 01 nguồn

C. Chỉ tiêu kỹ thuật


- Loại nguồn phóng xạ: Co-57.
- Để chuẩn liều máy chụp xạ hình xương (SPECT) 2 đầu thu có model: Infinia của hãng GE Healthcare.
- Hoạt độ nguồn ban đầu: $\geq 10\text{mCi}$ (370MBq), sai số: $\leq \pm 5\%$.
- Hình dạng nguồn: hình chữ nhật.
- Kích thước vùng hoạt động: 605 mm x 415 mm, sai số: $\leq \pm 5\%$.
- Kích thước tổng thể: 640 mm x 450 mm, sai số: $\leq \pm 5\%$.

D. Yêu cầu khác

- Cam kết đổi mới sản phẩm khi hàng hóa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày.
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện K.
- Kiểm tra hoạt độ nguồn tại nơi giao hàng trước khi bàn giao, lắp đặt sử dụng.
- Cam kết cung cấp chứng chỉ xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) của nhà sản xuất.




- Cam kết cung cấp giấy phép nhập khẩu nguồn bức xạ, giấy phép vận chuyển nguồn bức xạ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nếu là nguồn được miễn trừ phải cung cấp công văn của cơ quan quản lý.
- Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của chủ sở hữu/ nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp của chủ sở hữu hoặc đại lý bán hàng tại Việt Nam.
- Cam kết vận chuyển nguồn phóng xạ ra khỏi các cơ sở của Bệnh viện K sau khi hết hạn sử dụng.



BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHỤ LỤC 03
Mẫu báo giá
(Kèm theo Công văn số 200/BVK-VTTBYT ngày 14 tháng 01 năm 2025 của Bệnh viện K)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] tại văn bản yêu cầu báo giá số..... [ghi số, ngày tháng ban hành công văn yêu cầu báo giá của Chủ đầu tư], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Thông số kỹ thuật ⁽³⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽⁴⁾	Mã HS ⁽⁵⁾	Năm sản xuất ⁽⁶⁾	Xuất xứ ⁽⁷⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁸⁾	Đơn vị tính ⁽⁹⁾	Đơn giá ⁽¹⁰⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽¹¹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹²⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹³⁾ (VND)
1												
2												
n												
	Tổng cộng (bằng chữ):/.											

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm...[ghi ngày.....tháng....năm.... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].



3. Thời gian giao hàng dự kiến:

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng.....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹⁴⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại trang thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp mô tả tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư đã nêu tại Yêu cầu báo giá.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của trang thiết bị y tế tương ứng với chủng loại trang thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế”.

(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng trang thiết bị y tế.

(6), (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của trang thiết bị y tế.

(8), (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng, đơn vị tính theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư đã nêu tại Yêu cầu



báo giá.

- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng trang thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng trang thiết bị y tế hoặc toàn bộ trang thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (12) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng trang thiết bị y tế hoặc toàn bộ trang thiết bị y tế. Đối với các trang thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của trang thiết bị y tế. Trường hợp đã bao gồm trong đơn giá (10) đề nghị ghi rõ: Đã bao gồm trong đơn giá.

- (13) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng trang thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

- (14) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

1
E
2