

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~2500~~ /BVK-VTTBYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2023

V/v Mời báo giá dịch vụ sửa chữa
máy chụp mạch can thiệp tại Bệnh
viện K

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế về quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng khoa học kỹ thuật của Bệnh viện K ngày 12/7/2023, Bệnh viện K có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sửa chữa máy chụp mạch can thiệp 1 bình diện model Allura Xper FD20, hãng sản xuất Philips, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện K, số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư Thiết bị y tế, số điện thoại: 0912848588; địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bảng báo giá xin gửi về Bệnh viện K theo địa chỉ số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

- Bản Scan Hồ sơ báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) gửi theo địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 28 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h... ngày 28 tháng 8 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2023.

6. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

- Biên bản khảo sát tình trạng thiết bị y tế cần sửa chữa.

- Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện dịch vụ trang thiết bị y tế.



- Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (nếu có).

- Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các TBYT có tính chất tương tự (nếu có).

- Bản báo giá (theo mẫu tại **Phụ lục số II**);

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Dịch vụ sửa chữa máy chụp mạch can thiệp 1 bình diện model Allura Xper FD20, hãng sản xuất Philips tại Bệnh viện K được nêu chi tiết tại **Phụ lục số I** kèm theo Công văn này.


STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dịch vụ sửa chữa máy chụp mạch can thiệp 1 bình diện model Allura Xper FD20, hãng sản xuất Philips.	Chi tiết tại Phụ lục số I	01	Hệ thống	Bệnh viện K, số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	90 ngày

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK (để p/hợp);
- Lưu: VT, VT-TBYT.



Lê Văn Quảng



PHỤ LỤC I
NỘI DUNG YÊU CẦU KỸ THUẬT, DỊCH VỤ SỬA CHỮA

Máy chụp mạch can thiệp 1 bình diện, model Allura Xper FD20, hãng sản xuất Philips
(Kèm theo công văn số 2570/BVK-VTTBYT ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Bệnh viện K)

A. Yêu cầu chung của vật tư, linh kiện thay thế

- Năm sản xuất: 2022 trở đi
- Chất lượng: Mới 100%, chưa qua sử dụng.
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485.

B. Yêu cầu cấu hình

- Khối điều khiển chuyển động kèm cáp nối, số lượng 01 bộ
- Khối định vị chum tia, số lượng: 01 bộ

C. Chỉ tiêu thông số kỹ thuật của hàng hóa

Khối điều khiển chuyển động

- Tương thích hoàn toàn với hệ thống máy chụp mạch can thiệp có Model: Allura Xper FD20, hãng sản xuất Philips đang sử dụng tại bệnh viện K.
- Nguồn điện sử dụng: 24VDC.
- Cổng kết nối nguồn và tín hiệu: DB25 chân.
- Có tính năng điều khiển bàn chụp theo chiều ngang và chiều dọc.
- Có tính năng điều khiển CArm và LArm và tấm cảm biến.
- Có tính năng dừng khẩn cấp.
- Có cấu hình và tính năng tương đương với bộ điều khiển có Model: GEO module WP, hãng sản xuất: Philips.

Khối định vị chum tia


- Tương thích hoàn toàn với hệ thống máy chụp mạch can thiệp có Model: Allura Xper FD20, hãng sản xuất Philips đang sử dụng tại Bệnh viện K.
- Nguồn nuôi 24 VDC
- Bus tín hiệu điều khiển: Canbus
- Bộ khu trú trùm tia được điều khiển đóng mở bằng điện
- Bộ lọc trùm tia:
 - + Điều khiển bằng đóng mở bằng điện.
 - + Có thể xoay các góc.
 - + Các chế độ lọc: none, 0.1Cu/ 1Al, 0.4CU/1Al, 0.9Cu/ 1Al .

D. Yêu cầu của dịch vụ



- Dịch vụ sửa chữa đã bao gồm vật tư, linh kiện thay thế, nhân công thực hiện và các dịch vụ khác cho hệ thống máy chụp mạch can thiệp 1 bình diện có Model: Allura Xper FD20, hãng sản xuất Philips đang sử dụng tại Bệnh viện K hoạt động theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Vật tư, linh kiện thay thế có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo sau khi thay thế thiết bị hoạt động theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Thời gian hoàn thành sửa chữa, thay thế linh kiện để thiết bị hoạt động đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất: ≤ 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian hoàn thành sửa chữa, thay thế linh kiện để thiết bị hoạt động đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất: ≤ 07 ngày kể từ ngày có thông báo đến chủ đầu tư về việc bắt đầu tiến hành công việc sửa chữa.
- Có thông báo trước cho chủ đầu tư về thời gian bắt đầu tiến hành công việc sửa chữa tối thiểu 02 ngày.
- Thời gian bảo hành cho vật tư, linh kiện thay thế: ≥ 06 tháng sau khi lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
- Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, sửa chữa, thay thế hợp lý và hiệu quả.
- Giao hàng, thay thế, lắp đặt tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
- Cam kết cung cấp đủ nhân lực để thực hiện gói thầu, trong đó có tối thiểu 01 người, có chứng chỉ đào tạo của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế, có kinh nghiệm thực hiện dịch vụ bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị có tính chất tương đương với máy chụp mạch can thiệp.
- Được ủy quyền thực hiện dịch vụ bởi chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc chủ sở hữu số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế hoặc có các tài liệu chứng minh đủ khả năng thực hiện các dịch vụ theo quy định.
- Cam kết cung cấp chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO); chứng chỉ chất lượng (CQ) hoặc chứng nhận công bố hợp chuẩn hoặc chứng nhận công bố hợp quy của chủ sở hữu cho hàng hóa hoặc vật tư, linh kiện thay thế đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng.

PHỤ LỤC II



Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

(Kèm theo công văn số 2500/BVK-VTTBYT ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Bệnh viện K)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi.... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						



2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày...tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

