

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

Số: 3566 /BVK-VTTBYT

V/v Mời khảo sát và báo giá dịch vụ
bảo trì bảo dưỡng trọn gói máy chụp
Spect, model: Infinia, hãng sản xuất:
GE Healthcare

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện K có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì bảo dưỡng trọn gói máy chụp Spect, Model: Infinia, hãng sản xuất: GE Healthcare, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện K, số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư Thiết bị y tế, số điện thoại: 093.804.5599; địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bảng báo giá xin gửi về Bệnh viện K theo địa chỉ số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

- Bản Scan Hồ sơ báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) gửi theo địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 13 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 23 tháng 11 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ... tháng... năm 2023.


6. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

- Biên bản khảo sát tình trạng thiết bị y tế cần bảo trì bảo dưỡng (nếu có).
- Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện dịch vụ trang thiết bị y tế (nếu có).

- Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các TBYT có tính chất tương tự (nếu có).

- Bản báo giá (theo mẫu tại **Phụ lục số II**);





II. Nội dung yêu cầu báo giá

Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng trọn gói hệ thống máy chụp Spect, Model: Infinia, hãng sản xuất: GE Healthcare được nêu chi tiết tại **Phụ lục số I** kèm theo Công văn này.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng trọn gói hệ thống máy chụp Spect, Model: Infinia, hãng sản xuất: GE Healthcare	Chi tiết tại Phụ lục số I	01	Hệ thống	Bệnh viện K, số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	24 tháng


Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK (để p/hợp);
- Lưu: VT, VT-TBYT.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quảng



PHỤ LỤC I
*** NỘI DUNG YÊU CẦU**

**DỊCH VỤ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG TRỌN GÓI HỆ THỐNG MÁY CHỤP
SPECT, MODEL: INFINIA, HÃNG SẢN XUẤT: GE HEALTHCARE**

(Kèm theo công văn số 3366/BVK-VTTBYT ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Bệnh viện K)

A. Yêu cầu kỹ thuật;

1. Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng trọn gói toàn hệ thống máy chụp Spect (bao gồm mọi phụ kiện thay thế thuộc các hệ thống) gồm:

- Hệ thống máy xạ hình xương;
- Bộ cảm biến thu nhận ảnh kép;
- Bàn chụp;
- Các bộ chuẩn trực;
- Hệ thống máy tính và hệ phần mềm điều khiển, phần mềm quản lý bệnh nhân.

2. Cung cấp quy trình thực hiện, bảng kiểm công việc theo quy định của nhà sản xuất.

B. Yêu cầu cụ thể:

1. Có tối thiểu 01 kỹ sư tham gia trực tiếp công việc bảo trì bảo dưỡng và có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm .

2. Kỹ sư tham gia trực tiếp công việc bảo trì bảo dưỡng có các chứng chỉ/ trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp ngành đào tạo về kỹ thuật điện tử, điện tử y sinh, điện tử viễn thông hoặc tương đương. Có chứng chỉ đào tạo của Hãng về máy chụp Spect hoặc các hệ thống máy tương đương.

- Không giới hạn số lần đến kiểm tra, sửa chữa hư hỏng trong thời gian cung cấp dịch vụ.

3. Thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống 06 tháng/lần theo quy định của Hãng sản xuất.

4. Trường hợp máy hỏng kéo dài ≥ 03 ngày, phải có thông báo bằng văn bản lịch sửa chữa cụ thể cho Bệnh viện.

5. Bảo đảm hệ thống máy luôn trong tình trạng ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn của hãng sản xuất bảo đảm chất lượng hoạt động chuyên môn.

6. Thời gian dừng máy trong 01 năm không quá 20 ngày (ngày làm việc).

- Từ ngày thứ 21 trở đi với mỗi ngày dừng máy Nhà thầu phải có trách nhiệm bù thời gian bằng 03 ngày bảo trì nhưng không quá 10 ngày dừng máy (tương đương với 30 ngày bảo trì bù thêm).

- Từ ngày thứ 31, Nhà thầu sẽ bù thời gian bằng 05 ngày bảo trì cho mỗi một ngày quá hạn nói trên.

7. Hỗ trợ qua điện thoại 24/24 h.

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống phần mềm

1. Theo định kỳ bảo trì hệ thống máy tính và các hệ phần mềm thuộc hệ thống.

2. Hỗ trợ sao lưu toàn bộ dữ liệu khi có yêu cầu từ Bệnh viện. *Chữ ký*



3. Thực hiện đầy đủ công việc nâng cấp hệ thống phần mềm liên quan theo yêu cầu hoặc chính sách của Hãng sản xuất

C. Yêu cầu khác:

- Được Hãng sản xuất ủy quyền thực hiện các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp vật tư, linh kiện thay thế liên quan tới thiết bị trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
- Thường xuyên cập nhật tình trạng hoạt động của thiết bị, dự báo trước các linh kiện đến tuổi thọ cần thay thế.
- Đề xuất thêm các phương án, biện pháp thực hiện công việc bảo trì bảo dưỡng đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
- Các vật tư, linh kiện thay thế cho máy mới 100%, nguyên đai nguyên kiện và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (cung cấp chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ) nếu có hoặc cung cấp hồ sơ liên quan đến vật tư, linh kiện thay thế đáp ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất). Nhà thầu cam kết, chịu trách nhiệm về pháp lý cho các vật tư, linh kiện thay thế.
- Chịu toàn bộ chi phí mua sắm vật tư, linh kiện thay thế cho máy và các chi phí lắp đặt, hiệu chỉnh trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

SK2 *Ham*





PHỤ LỤC II

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng,
kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

(Kèm theo công văn số: 356/BVK-VTTBYT ngày 15 tháng 1 năm 2023 của Bệnh viện K)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngày.... tháng....năm....

(Chữ ký)

