

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

Số: 3567 /BVK-VTTBYT

V/v Mời khảo sát và báo giá dịch vụ
bảo trì bảo dưỡng trọn gói máy gia
tốc tuyến tính đơn năng Compact
Elekta

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện K có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì bảo dưỡng trọn gói máy gia tốc tuyến tính đơn năng Compact Elekta, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện K, số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư Thiết bị y tế, số điện thoại: 093.804.5599; địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bảng báo giá xin gửi về Bệnh viện K theo địa chỉ số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

- Bản Scan Hồ sơ báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) gửi theo địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 13 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 23 tháng 11 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2023.

6. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

- Biên bản khảo sát tình trạng thiết bị y tế cần bảo trì bảo dưỡng (nếu có).
- Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện dịch vụ trang thiết bị y tế (nếu có).

- Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các TBYT có tính chất tương tự (nếu có).

- Bản báo giá (theo mẫu tại Phụ lục số II);

Handwritten signature


II. Nội dung yêu cầu báo giá

Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng trọn gói hệ thống máy gia tốc tuyến tính đơn năng Compact Elekta được nêu chi tiết tại **Phụ lục số I** kèm theo Công văn này.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng trọn gói hệ thống máy gia tốc tuyến tính đơn năng Compact Elekta	Chi tiết tại Phụ lục số I	01	Hệ thống	Bệnh viện K, số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	24 tháng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK (để p/hợp);
- Lưu: VT, VT-TBYT



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quảng





PHỤ LỤC I
*** NỘI DUNG YÊU CẦU**
DỊCH VỤ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG TRỌN GÓI HỆ THỐNG MÁY GIA
TỐC TUYẾN TÍNH ĐƠN NĂNG COMPACT ELEKTA

(Kèm theo công văn số: 3367/BVK-VTTBYT ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Bệnh viện K)

A. Yêu cầu kỹ thuật:

1. Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng trọn gói hệ thống máy gia tốc tuyến tính đơn năng (model: Compact, hãng sản xuất Elekta), bao gồm:

- Hệ thống máy gia tốc xạ trị (không bao gồm hệ thống ống dẫn sóng);
- Hệ thống phần mềm.
- Đèn laser định vị bệnh nhân.
- Hệ thống làm mát máy (Chiller).
- Hệ thống đàm thoại nội bộ hai chiều
- Tần suất bảo trì bảo dưỡng định kỳ: 3 tháng/lần

2. Cung cấp quy trình thực hiện, bảng kiểm công việc theo quy định của nhà sản xuất.

B. Yêu cầu cụ thể:

- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục, an toàn cho người và máy móc.
- Hỗ trợ qua điện thoại 24/24h.
- Đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn bức xạ trước, trong và sau quá trình xạ trị cho bệnh nhân theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất và các quy định an toàn bức xạ hiện hành.
- Hệ thống cảnh báo an toàn bức xạ đảm bảo hoạt động tin cậy (bao gồm hệ thống cảnh báo, hệ thống dừng khẩn cấp, đèn báo phát tia, hệ thống cửa chắn xạ,...)
- Hệ thống làm mát – chiller phải được kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần, đảm bảo hoạt động liên tục tin cậy, đặc biệt thời gian mùa hè nắng nóng cần tăng cường tần suất kiểm tra.
- Đảm bảo các chức năng hoạt động của hệ thống (bao gồm điều khiển quay Gantry, Bộ chuẩn trục đa lá MLC/MLCi2, Hệ thống nước làm mát, khí SF6, điều khiển bàn điều trị, các khóa liên động, máy tính điều khiển, hệ thống giám sát và chẩn đoán lỗi interllimax...);
- Đảm bảo kết nối dữ liệu giữa máy chủ với máy tính điều khiển và hệ thống trao đổi dữ liệu bên ngoài (hệ thống máy chụp cắt lớp mô phỏng) không bị gián đoạn.



Handwritten signatures and initials.

- Có Biên bản kỹ thuật kèm bảng kiểm công việc kỹ thuật sau mỗi lần thực hiện công việc kỹ thuật, trong đó, nêu rõ số giờ dừng máy (Số giờ dừng máy được tính từ lúc máy báo lỗi đến khi khắc phục xong, được tính trong giờ hành chính từ 8h đến 18h), vật tư/phụ kiện thay thế (vật tư/phụ kiện mới, vật tư hỏng) có xác nhận của đại diện Phòng Vật tư và Khoa Vật lý xạ trị, phòng Tài chính kế toán;

- Bảo trì định kỳ 3 tháng/lần theo quy định của nhà sản xuất. Thời gian bảo dưỡng sắp xếp, bố trí không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động chuyên môn, điều trị bệnh nhân.

- Kỹ sư có mặt tại hiện trường trong vòng 2 tiếng kể từ khi thông báo sự cố. Nếu thời gian sửa máy kéo dài hơn 3 ngày thì phải có thông báo bằng văn bản.

- Kế hoạch bảo dưỡng phải được thông báo bằng văn bản trước tối thiểu 05 ngày bằng đường công văn nêu rõ thông tin kỹ sư thực hiện dịch vụ bảo dưỡng. Trước khi thực hiện công việc phải có đại diện Khoa sử dụng và Phòng Vật tư cùng xác nhận tình trạng hệ thống trước khi thực hiện bảo dưỡng.

- Có tối thiểu 2 kỹ sư tham gia trực tiếp công việc bảo trì bảo dưỡng và có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm. Kỹ sư tham gia trực tiếp công việc bảo trì bảo dưỡng có các chứng chỉ/ trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp ngành đào tạo về kỹ thuật điện tử, điện tử y sinh, điện tử viễn thông hoặc tương đương. Có chứng chỉ đào tạo của Hãng về máy gia tốc tuyến tính hoặc các hệ thống máy tương đương.

- Thường xuyên cập nhật tình trạng hoạt động của thiết bị, dự báo trước các linh kiện đến tuổi thọ cần thay thế.

- Yêu cầu về thời gian dừng hoạt động: không quá 20 ngày (ngày làm việc theo giờ hành chính). Từ ngày 21 trở đi, mỗi ngày dừng máy được tính bằng 3 ngày bảo trì (bao gồm cả chi phí vật tư, phụ kiện đi kèm nếu có); từ ngày 31 trở đi, mỗi ngày dừng máy được tính bằng 05 ngày bảo trì. Nếu quá 40 ngày, công ty phải có văn bản giải trình chi tiết gửi viện.

C. Yêu cầu khác:


- Được Hãng sản xuất ủy quyền thực hiện các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp vật tư, linh kiện thay thế liên quan tới thiết bị trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

- Đề xuất thêm các phương án, biện pháp thực hiện công việc bảo trì bảo dưỡng đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

- Đề xuất thêm các phương án, biện pháp thực hiện công việc bảo trì bảo dưỡng đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

- Các vật tư, linh kiện thay thế cho máy mới 100%, nguyên đai nguyên kiện và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (cung cấp chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ) nếu có hoặc cung cấp hồ sơ liên quan đến vật tư, linh kiện thay thế đáp ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất). Nhà thầu cam kết, chịu trách nhiệm về pháp lý cho các vật tư, linh kiện thay thế.

- Chịu toàn bộ chi phí mua sắm vật tư, linh kiện thay thế cho máy và các chi phí lắp đặt, hiệu chỉnh trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.



PHỤ LỤC II

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

(Kèm theo công văn số: 3567/BVK-VTTBYT ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Bệnh viện K)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						



2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾


(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 Guill

