

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 794 /BVK-VTTBYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2025

V/v Mời khảo sát và báo giá sửa
chữa Máy ly tâm hãng Hettich tại
Bệnh viện K

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện K có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị sửa chữa Máy ly tâm model Rotina 380, hãng Hettich. Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực đến kiểm tra, khảo sát và báo giá sửa chữa cho Bệnh viện K với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện K, số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận nhu cầu khảo sát (nếu cần): kỹ sư Đỗ Công Chính - Phòng Vật tư Thiết bị y tế, số điện thoại: 0904.514.513; địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bảng báo giá xin gửi về Bệnh viện K theo địa chỉ số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

- Bản Scan Hồ sơ báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) gửi theo địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 12 tháng 03 năm 2025 đến trước 17h 00 ngày 20 tháng 03 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 12 tháng 03 năm 2025.

6. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

- Biên bản khảo sát tình trạng thiết bị y tế cần sửa chữa (nếu có).

- Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế (nếu có).

- Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (nếu có).

- Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các TBYT có tính chất tương tự (nếu có).

- Bản báo giá (theo mẫu tại **Phụ lục số II**);

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục thiết bị yêu cầu sửa chữa được nêu chi tiết tại **Phụ lục số I** kèm theo Công văn này.


STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Thời gian thực hiện dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sửa chữa Máy ly tâm hãng Hettich	Chi tiết tại Phụ lục số I	01	Chiếc	Bệnh viện K	≤ 45 ngày Ưu tiên thực hiện càng sớm càng tốt

** Lưu ý: Quý đơn vị có thể đề xuất thời gian thực hiện dịch vụ phù hợp trong trường hợp việc sửa chữa cần phải thay thế linh kiện và linh kiện không có sẵn trong nước cần thời gian nhập khẩu hoặc phải chuyển thiết bị về hãng sản xuất để sửa chữa. (nhưng phải đảm bảo thời gian thực hiện dịch vụ không quá 90 ngày).*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK (để p/hợp);
- Lưu: VT, VT-TBYT

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Quảng

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC I
DANH MỤC THIẾT BỊ YÊU CẦU DỊCH VỤ SỬA CHỮA

(Kèm theo công văn số: 794 /BVK-VTTBYT ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Bệnh viện K)

I. Tình trạng của thiết bị

STT	Tên thiết bị	Model	Serial	Hãng Sản xuất	Năm sản xuất/Đưa vào sử dụng	Nước Sản xuất	Tình trạng của thiết bị
	Máy ly tâm	Rotina 380	0000253	Hettich	2014	Đức	Hỏng tay chống thủy lực

II. Yêu cầu dịch vụ: Sau khi hoàn thành sửa chữa, thiết bị hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu sử dụng của Bệnh viện.



PHỤ LỤC II

Mẫu báo giá

**Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng,
kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế**

(Kèm theo công văn số: 794/BVK-VTTBYT ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Bệnh viện K)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Thuế VAT (đồng)	Thành tiền (đồng)	Thời gian thực hiện dịch vụ dự kiến
1								
2								
...								
Tổng cộng:								

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm...[ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.



BỆNH VIỆN K
HUYẾT HỌC – VI SINH
Số : 38/ĐĐN-HHVS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 07 tháng 10 năm 2024

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG TBYT

Kính gửi: - Ban Giám đốc Bệnh viện K
- Phòng VT-TBYT

Đề nghị Phòng VT-TBYT sửa chữa/bảo dưỡng với các nội dung sau:

- Sửa chữa / bảo dưỡng Thiết bị: Máy ly tâm Mã TCKT: 293
- Model: Rotina 380 Serial: 0000253 Hãng sản xuất: Hettich
- Nước sản xuất: Đức Năm sử dụng: 2014
- Số lần đã sửa chữa, bảo dưỡng trước đây:
- Tình trạng của thiết bị (Nêu các hiện tượng bất thường của TB)
- Hỏng tay chống thủy lực

Ý kiến của phòng VTTBYT

K/c A-Hà - PTP
Chức

Trưởng khoa



Lê Phương Anh

KTVT khoa



Phạm Hồng Liễu

8/10/24 -
K/c A-chính!



BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ

Hôm nay, ngày 21 / 10 /2024, tại: Khoa Huyết học Vi sinh, Bệnh viện K, chúng tôi gồm:

Đại diện Khoa/Phòng sử : Khoa Huyết học Vi sinh

Ông/Bà: Phạm thị Hồng Liễu Chức vụ : KTV Trưởng Khoa

Đại diện Phòng VT-TBYT:

Ông: Đỗ Công Chính Chức vụ : Nhân viên phụ trách KT

Đại diện Phòng TCKT:

Ông: Lê Hoàng Lâm Chức vụ : Nhân viên Phòng TCKT

1. **Thiết bị đề nghị sửa chữa:** Máy ly tâm Mã TCKT: 293
Model: Rotina 380 **Số series:** 0000253
Hãng Hettich **Nước SX:** Đức
Năm 2016 **Ngày đưa vào SD:** 2016

2. Tình trạng thiết bị (Nêu các hiện tượng hỏng của TB):

Tại thời điểm Phòng VT phối hợp với Khoa HH-VS và P.TCKT kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị. Máy ly tâm đang không sử dụng, Núm điều chỉnh bị gãy, không có tay chống cửa, gioăng cao su buồng ly tâm bị nứt, rách, buồng ly tâm nhiều cặn, bụi bám trên thành. Cấp nguồn cho máy, màn hình có lên nhưng không thể kiểm tra được các chức năng khác do mất bộ phận điều khiển.

3. Phương án khắc phục (Đưa ra giải pháp, hướng xử lý, linh kiện thay thế...):

Cần mời đơn vị có chuyên môn kiểm tra, khảo sát kỹ hơn để xác định hỏng hóc để có căn cứ sửa chữa.

Phòng TCKT
(ký, ghi rõ họ tên)


Lê Hoàng Lâm

Đơn vị sử dụng
(ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Thị Hồng Liễu

Phòng VTTB
(ký, ghi rõ họ tên)


Đỗ Công Chính