

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 365/BVK-VTTBYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

V/v báo giá dịch vụ bảo trì bảo dưỡng
trọn gói hệ thống máy xạ trị áp sát liều
cao Flexitron Elekta

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thiết bị y tế

Thực hiện kế hoạch năm 2023, Bệnh viện K đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng trọn gói hệ thống máy xạ trị áp sát liều cao Flexitron Elekta.

Chi tiết nội dung bảo trì bảo dưỡng các thiết bị y tế theo Phụ lục đính kèm Công văn này.

Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng trọn gói hệ thống máy nêu trên tới khảo sát và gửi hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

1. Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Số điện thoại, email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc;
2. Giấy xác nhận ủy quyền thực hiện dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng (nếu có);
3. Bảng chào giá;
4. Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống máy tương tự (nếu có);

Báo giá dịch vụ bảo trì bảo dưỡng trọn gói hệ thống máy xạ trị áp sát liều cao Flexitron Elekta trong vòng 12 tháng và gửi về Bệnh viện K, địa chỉ: Số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội trước 17 giờ 00 ngày 10 tháng 3 năm 2023. Bản scan Báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) gửi theo địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com. Thông tin cần giải đáp liên hệ: CN. Hoàng Văn Thuận – Phòng Vật tư Thiết bị y tế (Số điện thoại: 093.804.5599).

Trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK (để p/h);
- Lưu: VT, VTTBYT



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quảng



PHỤ LỤC
YÊU CẦU BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG TRỌN GÓI ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY
XẠ TRỊ ÁP SÁT LIỀU CAO FLEXITRON ELEKTA

(Kèm theo Công văn số: 365/BVK-VTTBYT ngày 21/02/2023 của Bệnh viện K)

Bảo trì bảo dưỡng trọn gói hệ thống máy xạ trị áp sát liều cao Flexitron Elekta: 01 Hệ thống

A. Yêu cầu chung:

1. Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng trọn gói hệ thống máy xạ trị áp sát liều cao Flexitron-Elekta (bao gồm mọi phụ kiện thay thế thuộc các hệ thống) gồm:

- Bao gồm toàn bộ chi phí nhân công và linh kiện thay thế, hỗ trợ khẩn cấp tại nơi đặt máy.
- Bảo trì kiểm tra phòng ngừa (PM): Kết hợp với mỗi lần nạp nguồn Ir-192. (trung bình 3-4 tháng/lần)
- Bảo trì phần mềm lập kế hoạch xạ trị Oncentra.
- Kiểm tra hoạt độ nguồn tại thời điểm bảo trì bảo dưỡng, kiểm tra vị trí nguồn dừng, nguồn giả...
- Dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại 24/24h.
- Dịch vụ hỗ trợ nhanh trong vòng 2h sau khi nhận được thông báo kỹ thuật từ bệnh viện.

2. Cung cấp quy trình thực hiện, bảng kiểm công việc theo quy định của nhà sản xuất.

B. Yêu cầu cụ thể:

- Được Hãng sản xuất ủy quyền thực hiện các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp vật tư, linh kiện thay thế liên quan tới thiết bị trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
- Bảo đảm hệ thống máy luôn trong tình trạng ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn của hãng sản xuất bảo đảm chất lượng hoạt động chuyên môn.
- Có tối thiểu 01 kỹ sư đảm nhiệm công việc và có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm.
- Không giới hạn số lần đến kiểm tra, sửa chữa hư hỏng trong thời gian cung cấp dịch vụ.
- Thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống 06 tháng/lần theo quy định của Hãng sản xuất.
- Khi máy có trục trặc bất thường, nhà thầu phải cử kỹ sư có mặt trong vòng 02 giờ (ngày làm việc) và 03 giờ vào ngày nghỉ (trừ ngày lễ) kể từ khi nhận được thông báo để kiểm tra tình trạng hỏng hóc của máy
- Trường hợp máy hỏng kéo dài \geq 03 ngày, phải có thông báo bằng văn bản lịch sửa chữa cụ thể cho Bệnh viện.
- Bảo đảm hệ thống máy luôn trong tình trạng ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn của hãng sản xuất bảo đảm chất lượng hoạt động chuyên môn.
- Thời gian dừng máy trong 01 năm không quá 20 ngày (ngày làm việc).
- Từ ngày thứ 21 trở đi với mỗi ngày dừng máy Nhà thầu phải có trách nhiệm bù thời gian bằng 03 ngày bảo trì nhưng không quá 10 ngày dừng máy (tương đương với 30



ngày bảo trì bù thêm).

- Từ ngày thứ 31, Nhà thầu sẽ bù thời gian bằng 05 ngày bảo trì cho mỗi một ngày quá hạn nói trên. Nếu quá 40 ngày, công ty phải có văn bản giải trình chi tiết gửi viện.

C. Yêu cầu khác:

- Được Hãng sản xuất ủy quyền thực hiện các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp vật tư, linh kiện thay thế liên quan tới thiết bị trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
- Thường xuyên cập nhật tình trạng hoạt động của thiết bị, dự báo trước các linh kiện đến tuổi thọ cần thay thế.
- Đề xuất thêm các phương án, biện pháp thực hiện công việc bảo trì bảo dưỡng đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
- Các vật tư, linh kiện thay thế cho máy mới 100%, nguyên đai nguyên kiện và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (cung cấp chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ) nếu có hoặc cung cấp hồ sơ liên quan đến vật tư, linh kiện thay thế đáp ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất). Nhà thầu cam kết, chịu trách nhiệm về pháp lý cho các vật tư, linh kiện thay thế.
- Chịu toàn bộ chi phí mua sắm vật tư, linh kiện thay thế cho máy và các chi phí lắp đặt, hiệu chỉnh trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

