

**BỘ Y TẾ  
BỆNH VIỆN K**

Số: 304 /BVK-VTTBYT  
V/v mời báo giá dịch vụ sửa  
chữa thiết bị y tế

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư, linh kiện và dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế

Hiện nay, Bệnh viện K đang có nhu cầu sửa chữa, thay thế linh kiện cho một số thiết bị y tế để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện. Tình trạng hiện tại của thiết bị được liệt kê chi tiết (như **Phụ lục I** đính kèm).

Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư, linh kiện và dịch vụ sửa chữa cho một trong các thiết bị y tế nêu trên vào khảo sát đánh giá tình trạng và gửi hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

1. Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Số điện thoại, email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc;
2. Giấy xác nhận ủy quyền (nếu có);
3. Bảng chào giá (theo mẫu **Phụ lục II** đính kèm);
4. Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa các TBYT tương tự (nếu có);
5. Catalog, cấu hình và tính năng kỹ thuật của linh kiện thay thế (nếu có);

Báo giá vật tư, linh kiện và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xin gửi về Bệnh viện K, địa chỉ: Số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội trước 17 giờ 00 ngày 20 tháng 2 năm 2023. Bản scan Báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) gửi theo địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com. Thông tin cần giải đáp liên hệ: Ks Phạm Quang Hiến – Phòng Vật tư Thiết bị y tế (Số điện thoại: 0986456222).

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, VTTBYT



**GIÁM ĐỐC**

**Lê Văn Quảng**

**PHỤ LỤC I**

**DANH MỤC SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ**

(Đính kèm theo công văn số 304 /BVK-VTTBYT ngày 15 tháng 02 năm 2023)

STT	Tên Thiết bị	Model	Serial	Hãng SX	Nước SX	Năm SX	Tình trạng TB	Phương án khác phục
1	Monitor theo dõi bệnh nhân	PVM-2701	4972	Nihon Kohden	Nhật bản	2012	Monitor không đo được huyết áp bơm liên tục không đúng, các tín hiệu SpO2, tín hiệu điện tim đo bình thường. Test chéo bằng cách thay bao đo, bơm và cảm biến đo huyết áp máy vẫn không đo được huyết áp, tiếp tục thay bằng mạch huyết áp của máy cùng loại đang hoạt động bình thường vào bất máy, thực hiện đo huyết áp, monitor đo huyết áp ổn định bình thường. Kết luận máy bị hỏng bằng mạch đo huyết áp, hỏng bơm và cảm biến đo huyết áp cần thay mới.	Đề nghị cho sửa chữa hoặc thay thế bằng mạch đo huyết áp, bơm và cảm biến đo huyết áp của monitor PVM-2701, serial 04972.
2	Monitor theo dõi bệnh nhân	SVM-7621	0002395	Nihon Kohden	Malaysia	2017	Máy không đo được huyết áp, SpO2, bao đo huyết áp hỏng. Test chéo bằng cách thay dây đo huyết áp và SpO2 đều không có tín hiệu. Kiểm tra đầu đo SpO2 lắp sang monitor cùng model đang hoạt động không cho tín hiệu SpO2. Kết luận máy bị hỏng mạch điều khiển chính và đầu đo SpO2, không khác phục được cần thay thế.	Đề nghị cho sửa chữa, thay thế bo mạch chính và đầu đo SpO2 để monitor model: SVM 7621, serial: 0002395.

**PHỤ LỤC II**  
**BẢNG CHÀO GIÁ**  
(Đính kèm theo công văn số 384/ĐN/BK-VTTBYT ngày 15 tháng 02 năm 2023)

Kính gửi Bệnh viện K

Công ty (Tên đơn vị báo giá) xin kính gửi bảng báo giá danh mục vật tư, linh kiện, dịch vụ sửa chữa cho máy... (Model:.../ Hãng:...) của Bệnh viện K, chi tiết theo bảng tổng hợp như sau:

STT	Tên vật tư, linh kiện, dịch vụ sửa chữa	Thông số, đặc tính kỹ thuật	Hãng/Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Đã có VAT) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	(Ghi tên loại vật tư, linh kiện, dịch vụ sửa chữa cho máy ... (Model: /Hãng: )	(Nêu các thông số, đặc tính kỹ thuật chung của vật tư, linh kiện, dịch vụ sửa chữa)	(Ghi Hãng/Nước sản xuất vật tư, linh kiện thay thế theo giấy phép nhập khẩu/giấy phép lưu hành hoặc các văn bản liên quan nếu có)	VD: Gói, cái, chiếc...)	(Ghi theo số lượng của danh mục yêu cầu báo giá)	(Ghi rõ số tiền bằng số)	(Ghi rõ tổng số tiền bằng số)
2							
3							
4							
5							
...							
<b>Tổng:</b>							
(Bảng chữ:...)							

**Các điều khoản khác:**

Phần nội dung này tùy thuộc vào các điều kiện đặc thù của từng loại vật tư, linh kiện, dịch vụ sửa chữa mà các đơn vị cung cấp ghi các thông tin liên quan đến các điều khoản của việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ bao gồm các thông tin cơ bản sau:

1. Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ trong báo giá đã bao gồm chi phí bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại thuế theo quy định hiện hành;

2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện K số 30 Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội

3. Tiến độ thực hiện hợp đồng: ... tháng (ngày) (Ghi rõ thời gian, khả năng có thể cung cấp hàng hóa, dịch vụ);

4. Cam kết về chất lượng hàng hóa của công ty: ....

5. Cam kết về bảo hành linh kiện thay thế và độ ổn định của hệ thống, máy móc thiết bị y tế sau sửa chữa: ... tháng (ngày)

6. Thời gian hiệu lực của báo giá: ... tháng (ngày)

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng ... tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

8. Điều kiện đảm bảo khác: Cam kết cung cấp vật tư, linh kiện, dịch vụ sửa chữa cho đúng chủng loại thiết bị của bên mua;

9. Cam kết có khả năng cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc của nhà phân phối có đủ điều kiện cấp giấy ủy quyền hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;

10. Cam kết cung cấp đầy đủ chứng nhận chất lượng (CO) nếu có, xuất xứ (CO) nếu có, tờ khai hải quan và các tài liệu chứng minh hàng hóa được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam, tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản trang thiết bị kèm bản dịch Tiếng Việt khi bàn giao;

11. Các điều khoản liên quan đến cung cấp hàng hóa, dịch vụ, điều khoản thanh toán và các điều khoản riêng khác: ...

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY**

(Ký tên, đóng dấu)